	Commission technique Europharmat Fiche Bon Usage **Abord Urinaire** **Sonde urinaire d'urgence : Cathéter suspubien**	Date de réactualisation : **26/06/2007**

C'est la description méthodique et chronologique des opérations successives à effectuer pour le bon usage du produit.

Domaine d'application	
- Sondage urinaire d'urgence	
Définition-abréviations	
- Définition : • Dispositif permettant un accès dans la vessie par voie percutanée à l'aide d'un cathéter pour en assurer le drainage en urgence ou l'irrigation, notamment dans les résections de prostate. - Cladimed G51DA 01 - Classe IIa - Abréviations : • PVC : polychlorure de vinyle • PUR : polyuréthanne	
Référentiels	
Les référentiels réglementaires et normatifs existants	- LPPR : Sonde pour cathétérisme sus-pubien
Les recommandations de la notice d'utilisation du fabricant	- Fiches techniques des fabricants ou distributeurs
Les bonnes pratiques de sociétés savantes	- 100 recommandations pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales. CTIN, 1999.
Composition et description du produit dans son ensemble	
Matériaux	- Matériau du cathéter de drainage : PUR ou silicone ou PVC.
Données géométriques	- Le cathéter est présenté dans un set comprenant un ensemble d'éléments : • Un système de ponction rigide, extrémité distale effilée : canule pelable, ou aiguille avec cathéter prémonté ou trocart en acier. Longueur 5 à 12 cm, CH 9 à 18 ou 3 à 6 mm. • Un cathéter de drainage à 1 ,2, ou 3 voies, ouvert à l'extrémité avec oeils latéraux (longueur environ 50cm, CH5 à 16 ou 2 à 5 mm). • Un système de connexion à conicité luer verrouillable ou embout godet conique, éventuellement avec robinet 3 voies. • Un système de fixation de l'extrémité distale simple crosse, ballonnet, ou système autofixateur type Malecot. • Un système de fixation proximale sous forme d'opercule ou manchon permettant de suturer le cathéter à la peau.
propriétés	- Il existe 2 présentations : • Nécessaire complet • Nécessaire de rechange sans système de ponction et avec un guide téflonné.
Indications	
- Drainage d'urgence ou si impossibilité de monter une sonde urinaire : • Urètre traumatique, infecté ou rétréci. • Prostatites aiguës. • Après chirurgie d'incontinence urinaire et chirurgie de l'urètre. • Urétrorragies.	
Contre-indications	
- CI absolues : • Absence de globe vésical. • Tumeur vésicale. - CI relatives : • Adiposité majeure. • Cicatrice d'incision médiane sous-ombilicale. • Irradiation du petit bassin. • Traitement anti-coagulant.	
Effets indésirables	
- Risque de perforation d'un viscère. - Réaction inflammatoire.	

Toutes les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre purement informatif et ne peuvent en rien engager la responsabilité d'EURO PHARMAT.

Mode d'emploi et /ou précautions d'emploi
- Mise en place en 1 ou 2 temps selon le dispositif : • En 1 temps : ponction réalisée avec la sonde prémontée. • En 2 temps : ponction avec un trocart métallique avec gaine. Après franchissement de la paroi vésicale et retrait du trocart, la visualisation du reflux d'urine est faite à l'intérieure de la gaine. Dans un 2ème temps, la sonde est insérée jusque dans la vessie et la gaine est retirée. - Précautions d'emploi : • Si ballonnet, tester l'intégrité avant utilisation. • Vérifier le bon positionnement de la sonde par traction après mise en place.
Données bibliographiques
- « Les sondes urinaires suite », C. Arsicault J. Lafont, ADPHSO 1994.

Toutes les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre purement informatif
et ne peuvent en rien engager la responsabilité d'EURO PHARMAT.